



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.29.032.A № 52555

Срок действия до 04 октября 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Расходомеры вихревые "Ирга-РВ"

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ООО "Глобус", г. Белгород

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 55090-13

ДОКУМЕНТЫ НА ПОВЕРКУ
03.1.01.00.00 МП Часть 1 Проходное исполнение,
03.1.01.00.00 МП Часть 2 Погружное исполнение

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ
2 года - для расходомеров с погрешностью $\pm 0,5\%$;
4 года - для расходомеров с погрешностью $\pm 1\%$, $\pm 2\%$

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 04 октября 2013 г. № 1134

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Ф.В.Булыгин



10 " 10 2013 г.

Серия СИ

№ 012015