



**ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ**

Серія Д

№ 000333



СВІДОЦТВО ПРО ВИЗНАННЯ
затвердження типу засобів вимірювальної техніки

№ ЦА-МП/3-226-2000

Видане 13 вересня 2000 р.

Це свідоцтво, видане ТОВ "Глобус", Російська Федерація, засвідчує, що на підставі "Соглашения о взаимном признании результатов государственных испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений, а также результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих испытания, поверку или калибровку средств измерений", підписаного 6 жовтня 1992 р., визнано тип засобу вимірювальної техніки "Теплолічильник «ИРГА-2.3С»", що затверджений Держстандартом Росії на підставі результатів державних випробувань.

Теплолічильник «ИРГА-2.3С» зареєстрований в Державному реєстрі засобів вимірювальної техніки, допущених до застосування в Україні, за номером 16702-97.

Теплолічильники «ИРГА-2.3С» при експлуатації підлягають повірці з міжповірочним інтервалом не більше 2 років.

*Заступник голови
Держстандарту України*



Г.С. Сидоренко